

設計図書《仕様書》等に関する質問書に対する回答書

件名 ポータブル超音波画像診断装置一式の購入

件名、設計図書《仕様書》該当ページ等 質問内容	回 答
【仕様書】 1 (7)、2 - 7 (1) DVDドライブの代替案としてUSB/SDカードによる運用でもよいか。	可とします。
【仕様書】 2 - 1 (7) 起動時間は完全に電源が落ちている状態からの時間を意味するのか。	スリープモードからの復帰に要する時間です。
【仕様書】 2 - 1 (9)、(11)ア(ウ)、(11)ウ(ア) RAWデータの管理機能は必要か。	保存データについてズーム調整が可能であれば、RAWデータでなくても可とします。
【仕様書】 2 - 1 (11)エ(ア) 流速スケールの設定と基線の調整が可能であればよいか。	可とします。
【仕様書】 2 - 2 (2)、(3) 装置本体にて操作できればよいか。	可とします。